



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA EMPRESA EQUIPE SOLAR INSTRUMENTAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MACROMEDIÇÃO E TELEMETRIA

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Boa tarde,

Prezado pregoeiro, venho por meio desta pedir esclarecimento quanto a informação contida no edital 19/2022, página 26, ITEM 4.1 - SENSOR DE PRESSÃO PARA ATÉ 04 BAR, na linha 8 que diz: "Conexão ao processo de ½" NPT;"

Precisamos saber se está rosca "NPT" é interna ou externa?

Aguardamos o retorno

Obrigado

Equipe Solar Instrumentação

CNPJ 01639034000193

Ao Dr. Ronald, boa tarde.

Solicito verificar e esclarecer o pedido da licitante.

Sds. Luiz Guilherme

RESPOSTA ELABORADA PELA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE DOS EQUIPAMENTOS:

Prezado,

A referida rosca (conexão ao processo de ½" NPT) é externa!

Att,

Nayara Matos

Gerente Interina da Unidade Executiva de Pitometria e Macromedição - UEPM

USRP/D. Operacional/COSANPA

Contato: [\(91\) 988831146](tel:(91)988831146)

Belém/Pa, 14 de Setembro de 2022.



---

Cordialmente,

Luiz Guilherme Andrade Lopes

Pregoeiro